Série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical

Thermo SCIENTIFIC

IVD **Pour usage diagnostique in vitro**

REF **100201** Bas 3 x 5 mL
Huat 3 x 5 mL

Application
La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical comprend des contrôles non dosés de concentration élevée et de concentration faible pour la validation des dosages de toxicomanogènes dans l'urine humaine.

Description des contrôles
La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical est vendue sous forme de contrôles liquides prêts à l'emploi formulés dans une matrice d'urine humaine contenant des stabilisants, des conservateurs et des drogues aux concentrations ciblées suivantes :

Drug	Bas (ng/mL)	Haut (ng/mL)
Benzoylecgonine	225	375
EDDP	75	125
d-Methamphetamine	375	625
Methadone	225	375
Morphine	225	375
Nitrazepam	225	375
Phencyclidine	19	31
Propoxyphene	225	375
Secobarbital	225	375

⚠ Avertissements et mises en garde
Observer les précautions normales requises pour la manipulation de tous réactifs de laboratoire.

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical contient < 0,1 % d'azide de sodium. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. En cas de contact, rincer à grande eau. En cas de projection dans l'oeil ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. L'azide de sodium peut réagir dans les conduites de plomb ou de cuivre et former des azides métalliques potentiellement explosifs. Pour éliminer les réactifs, il est donc nécessaire de rincer à grande eau afin d'éviter toute accumulation d'azides.

Les produits d'origine humaine utilisés dans la fabrication de la série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical ont fait l'objet d'un dépistage du VIH 1 et 2, de l'hépatite B et de l'hépatite C par une méthode approuvée par la FDA. Les résultats ont été négatifs. Toutefois, aucune méthode ne pouvant écarter avec une certitude absolue le risque potentiel d'infection, le produit doit être manipulé avec autant de précautions que l'échantillon patient. En cas de contact, observer les directives des autorités responsables en matière de santé.

Conservation et stabilité
La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical doit être conservée réfrigérée entre 2 °C et 8 °C et reste stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

Mode d'emploi
La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical se présente sous forme liquide prête à l'emploi. Mélanger le contenu du flacon avant chaque utilisation en retournant doucement le flacon 2 ou 3 fois.

Retirer le bouchon et verser la quantité de contrôle voulue dans un godet à réaction, ainsi que l'indique la notice ou la fiche technique du dosage.

Contrôle Qualité
Toutes les exigences de contrôle qualité doivent être appliquées conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux ou aux conditions d'agrément.

Matériel fourni :
Série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Clinical

Matériel supplémentaire fourni :
Coffrets de réactifs pour toxicomanogènes

CEDIA® est une marque déposée de ROCHE Diagnostics

Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
Soutien client et technique
aux États-Unis :
1-800-232-3342

EC REP
Microgenics GmbH
Spitalhofsrasse 94
D-94032 Passau Allemagne
Tél. : +49 (0) 851 886 89 0
Fax : +49 (0) 851 886 89 10

CE

Pour des mises à jour de la notice, consulter :
www.thermoscientific.com

Autres pays :
Contacter le représentant local.

10009064-1
2010 03

Thermo SCIENTIFIC